



# 洗浄用チューブ

医療機器届出番号 09B1X00004000125

スムーズな洗浄を可能にします

先端部は柔軟な  
シリコンチューブ

びん針  
2タイプと  
4タイプの  
2種類

FGM WASHING TUBE



フォルテ グロウ メディカル 株式会社



# 販売名：洗浄用チューブ

## 仕様


■フレキシブルなシリコンチューブを使用



■びん針 2タイプと4タイプを用意



びん針 2タイプ



びん針 4タイプ

## 洗浄用チューブ

一般医療機器(クラスI)/一般的名称：洗浄器キット

医療機器届出番号 09B1X00004000125

コードNo.	名称	型式	びん針数	全長[mm]	メインチューブサイズ[mm]	シリコンチューブサイズ[mm]	包装単位
90001	洗浄用チューブN2	FGM-TFW-N2	2	2500	4.8×6.8	5×10×150	5本/箱×10(50本/ケース)
90002	洗浄用チューブN4	FGM-TFW-N4	4	2500	4.8×6.8	5×10×150	

### ●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用ディスプレイ製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

### 製造販売元



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647  
 TEL:0283-22-2801 FAX:0283-21-2558  
<http://www.fgm.co.jp/>

### 東京営業所 営業部(問合わせ先)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51 第一スレートビル5階  
 TEL:03-3863-1901 FAX:03-3863-1905

### 取扱販売店